ООО ПК «СПЕЦТЕХПРИБОР»

МЕ 65

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ / ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ ВДТХ / ВДТГ

ПАСПОРТ
4213-005-96359935ПС

Регистрационный номер №19653-07

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Назначение изделия: счетчик холодной / холодной и горячей воды турбинный ВДТХ / ВДТГ предназначен для измерения объема сетевой воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 2874, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения под давлением не более 1,6МПа (16кгс/см^2).
Водосчетчик соответствует требованиям ГОСТ Р 50193.1, ГОСТ Р 50601, ГОСТ 6019, международному стандарту ИСО 4064 и «Правилам учёта тепловой энергии и теплоносителя», Минтопэнерго РФ, 1995г.

Обозначение изделия: ВДТ Г-65
Заводской номер: 362064

Основные технические характеристики:
1.Диаметр условного прохода **Ду, мм** 65
2.Диапазон температур измеряемой воды, **°С** 5 – 40 / 90
3.Номинальный расход: **Qn, м^3/ч**. 35
4.Метрологический класс: B-H, A-V.
5.Предел допускаемой относительной погрешности измерения счетчиком объема холодной и горячей воды (в диапазоне расхода 4-100%), не более: ± 2%.
6.Водосчетчик турбинный с герметичным сухоходным счетным механизмом и роликовым индикатором.
7.Безопасность конструкции счетчика – по ГОСТ 12.2.003 (Сертификат соответствия № РОСС.RU.ME65.B00725).
8.Магнитная защищенность счетчика по ГОСТ 12997-87, п. 2.11 (Сертификат соответствия № РОСС.RU.ME68.H01188).
9.Регистрационный номер №19653-07 в Государственном реестре средств измерений.
10.Средний срок службы водосчетчика – 12 лет.
11.Выпускается по техническим условиям: ТУ 4213-005-96359935-2006.

Комплектность

Наименование	Кол. (шт.)	Примечание
Счетчик холодной / холодной и горячей воды турбинный ВДТ Г-65 ТУ 4213-005-96359935-2006	1	
Паспорт 4213-005-96359935ПС	1	
Руководство по эксплуатации 4213-005-96359935РЭ	1	Поставляется на партию не менее 10 шт.

Свидетельство о приемке:
Счетчик холодной / холодной и горячей воды
турбинный ВДТ Г-65
соответствует техническим условиям
ТУ 4213-005-96359935-2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 150409 200 г.

Подпись лица, ответственного за приёмку _____

Свидетельство о поверке:
Счетчик холодной / холодной и горячей воды
турбинный ВДТ Г-65
зав. номер 362064 на основании результатов
первичной поверки, проведенной органом Госстандарта,
признан годным и допущен к эксплуатации.

Место оттиска
клейма поверителя

ГГ 039 ГМЦ

Поверитель _____
(подпись)
«20» АПР 2009 200 г.

Гарантийные обязательства:

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность водосчетчика в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа.

Свидетельство о периодической поверке и поверке при выпуске из ремонта

Тип счетчика и зав. №	Вид поверки	Дата поверки	Результат поверки	Ф.И.О. подпись и оттиск клейма поверителя

Поверка водосчетчика проводится в соответствии с МИ 1592-99 «Рекомендации. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки».

Межповерочный интервал для счетчиков холодной воды ВДТХ – 6 лет. Межповерочный интервал для счетчиков холодной и горячей воды ВДТГ, установленных на водопроводах холодной воды – 6 лет, а на водопроводах горячей воды – 4 года.

Сведения о рекламации

По всем вопросам, связанным с качеством водосчетчика обращаться к предприятию-изготовителю:

ООО ПК «Спецтехприбор»
141300 г. Сергиев Посад Моск. обл.,
Скобяное ш., д. 5, оф. 6
e-mail: info@spectechpribor.ru
http//www.spectechpribor.ru